

## Elektrogastrograf

- Pro snímání EGG záznamu se v klinické praxi nejčastěji používají EEG přístroje.
- Problematická může být filtrace signálu
- Napěťové zesílení stejné jako u EEG (v řádu tisíců)
- Pro perkutánní snímání se používají jednorázové nalepovací EKG elektrody.
- Nejčastějšími artefakty jsou el. aktivita srdce a střev, dechové artefakty.